



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-05-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONICAR A. GUDRIO No. Orden []

Código Equipo: NN-36443 Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: D - ACOPIE. PLASTICO ATAGERO Tubo HUANIKAM 1, D - FILTRO LATERALES 2.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 1579764943 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: Kit TANQUE OXIGENO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

Bottom maintenance table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 1579864946 and a signature line.