



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-05-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO No. Orden []

Codigo Equipo: NN-1969B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Rows include: D - FILTRO CENTRAL (SI, NO), D - FILTRO LATERALES (SI, NO).

DETALLE DE ADICIONALES DATOS POR PACIENTE: Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (6.492.3), flow (4:00), and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: JUNTA HERMETICA Anillos (1), Kit TANQUE oxigeno (1), TAMIZES (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data for pressure (6.495.3) and flow (4:00).