



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6.05.24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADIPELO No. Orden []

Codigo Equipo: MN-4673 B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a vertical label 'MANTENIMIENTO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR RACION: Limpieza General

Main maintenance checklist table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 12723, 6.4, 9.53, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Diagnostic questions: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (Resultado de presión MALO), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: Resultado de presión 1.

Simulation tests table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, etc.

Final maintenance checklist table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.