



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 06/05/24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Jonier Agudelo  
Codigo Equipo: NN-35490 Fecha Inicio: 06/05/24 Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ] No. Orden: [ ]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry 'Limpieza general'.

Mantenimiento section with sub-sections: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like '2800g', '6.4', '94.7', 'SI', 'ES', '2:00', 'OK', 'Buena', 'OK'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of test results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry 'Regulador de Presion'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of simulation test results.

Mantenimiento section (repeated) with sub-sections: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like '2800g', '6.4', '83.9', 'SI', 'ES', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI'.