



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-000
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6.05.24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JANICA AGUDO CIO No. Orden

Codigo Equipo: NN-3150 B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: LIMPIEZA GENERAL.

Main maintenance table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 28058, OK, 3:00, FUGA EN MANGUERA AJUSTE, OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

Main maintenance table (repeated) with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 29064, 65, 95.6, SI, etc.