



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD.MAN.FR.000
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 7-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Javier Ayudelo No. Orden:

Código Equipo: NN-4434B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: F - FILTRO CENTRAL 7.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 932864944 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 932863946 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51.