



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 7-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIERA AGUDELO No. Orden

Codigo Equipo NN-4832 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, REPARACION, OBSERVACIONES. Row 1: ACOPIE ROSCA ATUBO HWIFICADOR 7

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE Limpieza General

Main maintenance data table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 2077, 6.488, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: JUNTA HERMETICA ANILLOS 2, TARJETA PRICIPAL 7, TARJETA FLUJO 7, TAMIZES 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de alivio.

Final maintenance data table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 000464, 95.3, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.