



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-000
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/04/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión 8-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER A. JUAREZ No. Orden

Código Equipo NN-140513 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPORTE, SI, NO

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE LAS CONEXIONES, CONTROL DE TEMPERATURA, DAÑOS IDENTIFICADOS (CAPACITOR ESTALLADO MALO)

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: CAPACITOR 7F-54SF07

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Bottom maintenance form with columns: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE LAS CONEXIONES, CONTROL DE TEMPERATURA, DAÑOS IDENTIFICADOS. Includes handwritten data: 2435663936, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.