



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAO-MAN-FR-009 Fecha Actualización: 17/10/2019

Fecha Remisión: 8-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICER P. DODELO No. Orden:

Código Equipo: NN-310813 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for FAULT, DAMAGE, CLEAR DAMAGE, DESCRIPTION, QUANTITY, and REPAIR.

LIMPIEZA GENERAL

Maintenance checklist with sections: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'REGULADOR de PRECION ESTALLADO MPMO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: REGULADOR de Precion 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten values and a 'FIRMA MANTENIMIENTO' field.