OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	8-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER AYUDELO
Codigo Equipo	NN-433613	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(SI-No)	(SI- No)	(SI - No)	CÓDIGO DE FALLAS: BATE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI - No)
	13576	6.4	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1:00	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	AJUSTE REGULADOR DE PRECION		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si el agudo suena	SI
5	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma (HI - ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión de alarma	SI
5	Activación de valvula de alivio	Observar manguera de salida de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(SI-No)	(SI- No)	(SI - No)	CÓDIGO DE FALLAS: BATE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI - No)
	13577	6.3		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI