



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JANIER AROCELO No Orden

Codigo Equipo: NN-2110B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	DAÑO	REPARADO
			F - ACOPIR ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 1	SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"					
					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	REJILLAS					
	6853	6.4	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	OK	OK	OK	OK	1.00	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	SI	NO	X	SI	NO	X	SI	NO	OK
3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	SI	NO	X	SI	NO	X	SI	NO	OK
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK						OK					OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Se verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguija o fuerza	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	SOLUCIÓN	ESTADO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica sonido de alarma (LL - L0 - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica apagado de alarma visual (LED Rojo o LED azul)	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica que se apague alarma	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Se verifica que se apague alarma	SI
5	Activación de válvula de alivio	Se verifica que se apague alarma	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"					
					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	REJILLAS					
	6850	6.4	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	