



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión 14-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER AGUDELO

Codigo Equipo MM-3333 B Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: F FILTRO CENTRAL 1

Limpieza General

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten data: 1985864, 95.4, 51, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1. CICLADO OK, Tiempo de la prueba 3:00, 2. RUIDO EXTRAÑO SI, No X, 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X, Mltas, SISTEMA DE REFRIGERACION OK, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS Regulador de presión MALO ESTALLADO, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK, SISTEMA DE REFRIGERACION OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. Estado Pila 5.5 V (S), 2. Prueba de Fugas (S), 3. Conexión eléctrica (S), 4. Conexión electrónica (S), 5. Prueba de alarma (S)

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CAN, CODIGO. Includes handwritten entry: Regulador de presión 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro) (S), 2. Flujo Maximo (S), 3. Desconexión eléctrica (S), 4. Desconexión tarjeta de flujo (S), 5. Activación de válvula de aire (S)

Main maintenance table (repeated) with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten data: 1986164956, 51, 51, 51, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5