OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	14-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Agudelo

Codigo Equipo	NN-4183B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor	Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANT.	REPORTAJE		
			Remache Pop y belcro	7			

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo 0 (LO-ES)	[illegible] (SI-No)	[illegible] (SI-No)	[illegible] (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	MANIJA (SI-NO)	[illegible]
	34468	64	846	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	4:00	Ganancia Normal	No	X		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN OK
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7.89							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK				Buena	OK		OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	[illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión normal del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	PANEL FRONTAL	7		TAMIZES	2
	CARCAZA yuyube	7			
	TARJETA FLUJO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible] (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de valvula de alivio	[illegible] compresor	SI
6	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo = 0" (LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	MANIJA (SI-NO)	[illegible]
	34472	67	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI