OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión:
Página 1 de 2

Fecha Remisión	14-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JOMER AYUDEO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 3132B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO O HERADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANT
		D-	REJILLA BACTERIAL	1

DETALLES ADICIONALES DE PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)
	10069	6.4	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	2:00	Generó Alarma	No: X Si:
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas: X	Malas: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno: OK Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	MANGERA SUELTA ATUBO REFRIGERACION AJUSTE FUGA EN VALVULAS DESCIOS				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: OK	Con Mantenimiento:	OK

No.	Prueba	Descripcion	RESULTADO
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	RESULTADO
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LO - ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea electrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)
	10071	6.3	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI