



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Orden de Mantenimiento No. 01/2014

Fecha Remisión 14-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Javier Aduelo No. Orden

Codigo Equipo NN-2316B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, FECHA INICIO AISLAMIENTO, PLAN DE AISLAMIENTO

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento En Mantenimiento HORÓMETRO PRESIÓN OXIGENO FLUJÓMETRO PRUEBAS DE ALARMA REJILLAS... 20126 6.4 95.6 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO. Includes Kit Tanque Oxigeno 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, etc.

Mantenimiento En Mantenimiento HORÓMETRO PRESIÓN OXIGENO FLUJÓMETRO PRUEBAS DE ALARMA... 20128 6.4 95.1 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI