# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Remisión | 14-0524 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | JONICA ARJONA |

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo Equipo | NN-20653 | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | Fecha Fin |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO |

CONTINUA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|---|---|
| | | D4 | BASE XWYBE | 7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DETALLES ADICIONALES DEL OPERACIONES**

LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | PUERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | BASE | PUERTA | |
| | (Hrs) | (6- 7 PSI) | (80% - 99%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-ES) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (SI - NO) | (SI - NO) | (SI-No) |
| | 8012 | 6.6 | 95.3 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 1:00 | Genero Alarma | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | | |

OBSERVACIONES

| No. | Prueba | Descripcion | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| | |
|---|---|
| Descripcion del diagnóstico Identificado | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarma (LL - LO - ES) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma (ALTA - BAJA - ES) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta lineas de flujo | SI |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de succión para de compresor | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

OBSERVACIONES

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | PUERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | BASE | PUERTA | |
| | (Hrs) | (6- 7 PSI) | (80% - 99%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-ES) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (SI - NO) | (SI - NO) | (SI-No) |
| 80 | 13 | 6.6 | 95.2 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |