



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Edición: 03/10/2019
 versión: 2
 Fecha actualizado: 17/10/2019
 Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 15-05-24 Remisión #:
 Auxiliar Mantenimiento: **JONIERA ASUDELO**

Código Equipo: **NW 4555B** Fecha Inicio:
 Hora Inicio Labor:
 Fecha Fin:
 No. Orden:
IDENTIFICACION DEL EQUIPO

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA: SI NO
 FECHA INICIO AISLAMIENTO:
 FECHA FIN AISLAMIENTO:
FECHA INICIO AISLAMIENTO

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hra)	PRESION (6-7 PSR)	OXIGENO (90% - 99%) (SI-NO)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	32236	6.4	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO	OK													
2. RUIDO EXTRAÑO														
3. ESTADO DE MANGUERAS														
4. SISTEMA DE REFRIGERACION														
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	REGULADOR de PRECION ESTALLADO MALO TARJETA FLUJO CON AGUA ALARMA E.S													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK													
7. CONTROL DE TEMPERATURA														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:
**REGULADOR de PRECION ESTALLADO MALO
TARJETA FLUJO CON AGUA ALARMA E.S**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO
	REGULADOR de PRECION	1	
	TARJETA FLUJO	1	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hra)	PRESION (6-7 PSR)	OXIGENO (90% - 99%) (SI-NO)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	32239	6.4	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI