ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	15-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDELO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 41493	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			
		F-	ACOPLE ROSCA ATubo HUMIFICADOR	7		

DETALLES ADICIONALES CON PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	17416	64	95.4	S'	S'	S'	ES	S'	S'	S'	S'	S'	S'

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	4:00	Generó Alarma	No	X	Si	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	REGULADOR de PRECION ESTALLADO MALO
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena OK
OBSERVACIONES	OK

No.	Prueba	Descripcion	
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S'
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S'
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S'
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S'
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S'
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S'
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo c LED amarillo y (LL-LO-ES	S'
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S'
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	S'
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	S'
6	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	17420	63	95.4	S'	S'	S'	ES	S'	S'	S'	S'	S'	S'

OBSERVACIONES

FIRMA