



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código: Versión: 2 Fecha de actualización: 17/10/2019 Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 15-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUIRRE

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-1382 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, OBSERVACIONES. Includes rows for various equipment checks.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Main diagnostic form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'REGULADOR de PRECION MALO ESTANADO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN. Includes entry: REGULADOR de PRECION 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Final diagnostic form with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 100966394.3, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5.