



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código: GAD-MAN-FR-004
Versión: 2 Fecha Actualización: 7/10/2019

Fecha Remisión: 15-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO

Código Equipo: NN-2041 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Row 1: F - ACOPILE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 1

DETALLES ANCIIONALES BRINDADOS POR PACIENTE: LIPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and parameters.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma, Otros.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN. Rows: KIT TANQUE OXIGENO, REGULADOR DE PRECION.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio, Otros.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and parameters.