



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA: OX-001-PR-009  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019

Fecha Remisión: 15-05-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: JAVIER A. DUDELO

Código Equipo: NN-2847 Fecha Inicio [ ] Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: BASE YUYUBE 1.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 25730, 6.4, 93.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN. Includes handwritten entries: FILTRO DE AIRE INTERNO 7, KIT TANQUE OXIGENO 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 25732, 6.3, 95.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

25732

FIRMA MANTENIMIENTO