



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 0
Codigo: GAO-MAN-FR-003
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: Javier Ayudelo No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-1906B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, OBSERVACIONES. Row 1: f- ACOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 1

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 8414, 6.4, 94.8, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (AJUSTE REGULADOR DE PRECION), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Kit TANQUE OXIGENO 1

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 8418, 649319, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.