



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-010
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-05-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIA DYSOLIO No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN 3549 B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPORTE. Row 1: D- PROCTECTOR DISPAK, 7, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR: LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 28006 and 6495.3.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado: AJUSTE REGULADOR de PRECIEN de TARJETA FIJO FALLA E/S

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: TARJETA FIJO, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Table with columns: Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 28008 and 6495.6.

28008