



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-000
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO No. Orden

Codigo Equipo: MV-4832B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ES RESERVA, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: D - FILTRO LACTEAL, 2, SI, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 000564954, OK, 3100, ES, MALO, OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V (SI), 2. Prueba de Fugas (SI), 3. Conexión eléctrica (SI), 4. Conexión electrónica (SI), 5. Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: REGULADOR DE PRECISION, 7; TARJETA FLUJO, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (SI), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de aire (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 006864963, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.