



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADO EN

Fecha Remisión **18-05-20** Permiso # _____ Técnico **JONIER ADJERO**

Código Equipo **NN-4186B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA SI NO

FALLA	DAÑO	TIP.
F- FILTRO (FILTRO) LACTARAL		1
F- ACOPIE PASTICO ATUBO HUMIFICADA		7

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION	TEMPERATURA	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALERGIAS								CÓDIGO BARRAS	
					Desconexión	Flujo	Temperatura	Presión	Temperatura	Presión	Temperatura	Presión		
	24810604958			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	OK													
2. RUIDO EXTRAÑO				No	X									OK
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN VALVULAS de SICLOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK													OK

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de fugas	SI
2	Prueba de fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de batería	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	FILTRO INTERNO de Aire	7
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2

No.	Prueba	Resultado
1	Flujo = 0 (Ciclo diagnóstico)	SI
2		SI
3		SI
4	Descarga de batería	SI
5	Activación de alarma de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION	TEMPERATURA	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALERGIAS								CÓDIGO BARRAS	
					Desconexión	Flujo	Temperatura	Presión	Temperatura	Presión	Temperatura	Presión		
	2481363956			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	