OUPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO DE CONCENTRADORES

Fecha Remisión	18-05-24	Remisión #		Jonier Agudelo

Codigo Equipo	NN-3954 B	Fecha Inicio	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO MANTENIMIENTO	FECHA FIN MANTENIMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		
		F-	Acople Rosca Atubo Hunificador	7

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)						CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI-NO)		
	12414	6.5	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 3:00

2. RUIDO EXTRAÑO — Si — No

3. ESTADO DE MANGUERAS

4. SISTEMA DE ENFRIADERACION

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Filamento		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión de manguera con el tubo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifica conexión de manguera con el tubo	SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION
	Kit Tanque oxigeno

No.	Prueba / Simulación		
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2			SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvulas de alivio		SI
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo = 0 (Si-No)							
	12417	6.4	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	