OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	20-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Ayudelo

Codigo Equipo	NN-2377B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

BINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo (LO-E5)	[illegible]	[illegible] (SI-No)	[illegible] (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	MANI (SI - NO)	[illegible]
13	707	6.4	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2:00				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS DE SICLOS
AJUSTE REGULADOR DE PRECION CON FUGA

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Pila 6.5 V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	[illegible]	SI
5	Prueba de alarma	[illegible] agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	SI
2	Flujo Máximo	[illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible] línea eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	[illegible]	SI
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo (LO-E5)	[illegible]	[illegible]	[illegible] (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	MANI (SI - NO)	[illegible]	FIRMA
13	709	6.4	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	