OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	20-05-24	Remisión #	
Auxiliar Mantenimiento	Jonier Ayudelo		
Codigo Equipo	NN-1405B	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		
		F-	FILTRO LACTERAL	7

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Flujo (SI-No)	Flujo (SI-No)				CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	FARMA (SI - NO)	
24	406	6.4	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 2:00 — X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRECIÓN ESTALLADO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Pila 5.5 V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica presión de fuerza del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica el estado de alarma	SI
5	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCR
	REGULADOR de PRECIÓN	7		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica el estado de alarma	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica el estado de alarma	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica el estado de alarma	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Se verifica el estado de alarma	SI
5	Activación de válvula de alivio	Se verifica el estado de alarma	SI
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Flujo (SI-No)	Flujo (SI-No)				CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	FARMA (SI - NO)	
24	408	6.5	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI