OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	20-05-24	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADUDELO
Codigo Equipo	NN-1528B	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo (SI-No)	[illegible] (SI-No)	[illegible] (SI-No)	[illegible] (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS
	22551	6.4	96.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 3:00
2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No
3. ESTADO DE MANGUERAS
4. SISTEMA DE PROGRESIVO
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS DE SILLOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Pila 5.5 V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	SI
2	Flujo Máximo	[illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de valvula de alivio	[illegible]	
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo (SI-No)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS
	22553	6.3	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI