OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	20-05-24	Remisión #	
Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO		
Codigo Equipo	NN-2192 B	Fecha Inicio	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / No

FECHA INICIO AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	
			ACOPLE ROSCA A TUBO HUNIFICADOR 7

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Fila (SI-No)					CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANO	
	7171	6.4	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 4:00

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No X

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X / Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: OK / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: AJUSTE REGULADOR de PRECION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — Buena: OK — OK

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Pile 5.5 V		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO	
	Kit TANQUE OXIGENO			

No.	Prueba / Simulación		
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)		SI
2	Flujo Máximo		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvula de alivio		SI
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Fila (SI-No)							
	7174	6.3	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI