OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FORMATO: FOR-MAN-... Actualización: ... Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-05-24 | Remisión #: | Cliente: JONIER AGUDELO

Codigo Equipo: NN- 11063 | Fecha Inicio: | Hora Inicio PLC:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | HORA INICIO AISLAMIENTO:

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN

SISTEMA REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)								CÓDIGO DE BARRAS: PRUEBA (SI - NO)	OBSERVACIONES
	12920	6.4	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK — Duración de la prueba: 4:00

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X

3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno: X | Malo | 4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	
1	Cuadre Pulsos Flujo		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de Alarma	Se verifican las alarmas del equipo	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica el flujo en cero	SI
2	Flujo	Se verifica el flujo	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica la desconexión eléctrica	SI
4	Desconexión falla de flujo	Se verifica la desconexión por falla de flujo	SI
5	Activación de valvula de alivio	Se verifica la activación de la valvula de alivio	SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)								CÓDIGO DE BARRAS: PRUEBA (SI - NO)	OBSERVACIONES
	12924	6.4	96.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA