ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha Remisión: 20-05-24 | Remisión #: | Javier Andrelo

Codigo Equipo: 20210700000040 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO ALISTAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

PLACA	AÑO	MARCA	MODELO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (30% - 50%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pita (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)
	4285	6.4	98.2	SI	SI	SI	ES SI SI SI SI SI SI	

1. CICLADO: OK | Presión de la prueba: 5.00

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No: X | 3. ESTADO DE LA MANGUERA: X | 4. SISTEMA DE: ok

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | ok | ok

No.	Prueba	Descripción	
1	Prueba Fin...		
2	Prueba de Fugas	...ática de...	SI
3	Conexión eléctrica	...ectrica...	SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de Alarma		SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identi...

CODIGO	DESCRIPCION
	JUNTA HERMETICA ANILLOS 2
	FILTRO INTERNO DE AIRE 1

No.	Prueba / Simulación		
1	Flujo = 0 (Clarre flujómatro)		SI
2	...	Se verifica ...	-L0-E5) SI
3	...	...	SI
4	Desconexión de flujo	...	SI
5	Activación de válvula de alivio	...	SI
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (30% - 50%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pita (SI-No)	Flujo a...	...DAS (SI-No)	
	4290	6	49	1.2	SI	SI	SI	FC SI SI SI SI SI SI	FIR