OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	20-05-24	Remisión #	JONIER AGUDELO
Codigo Equipo	2018070000120	Fecha Inicio	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila					CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)		
	2553735	6.4	80.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 3:00 — X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI / NO X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA %80

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	
1	Estado Pila 5.5 V		SI
2	Prueba de Fugas	Se ventila conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifican las conexiones de alarma	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CODIGO
	TAMIZES MINY	2	
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2	Flujo máximo		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvula de alivio		SI
6	Otros:		(SI)
7	Otros:		(SI)
			(SI)

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo = 0						
	2554000	6.4	96.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI