



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-05-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER A. SORIO No. Orden: []

Codigo Equipo: NN-3447B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza GENERAL

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 29364, 6.4, 946, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba [] Generó Alarma No [] Si [] Cual? []

2. RUIDO EXTRAÑO Si [] No [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas [X] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno [OK] Malo []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS []

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena [OK] Con Sobrecalentamiento [OK]

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado []

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten values like 29365, 6.3, 92.6, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.