



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 25-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONERO AGUILA No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo NW-231B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

AREA DE MANTENIMIENTO
En Mantenimiento HOROMETRO PRESION OXIGENO FLUJOMETRO PRUEBAS DE ALARMA REJILLAS FILTROS BASE CODIGO DE BARRAS RUEDAS OBSERVACIONES
22245 6.5 93.7 S S S ES S S S S S S S
1. CICLADO Tiempo de la prueba 6:00 Generó Alarma No Si Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO Si No 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS CONSETRA TOR CON PARAMETRO OK NINGUNA FALLA
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for battery voltage, air leaks, electrical connections, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results for alarm activation.

En Mantenimiento HOROMETRO PRESION OXIGENO FLUJOMETRO PRUEBAS DE ALARMA REJILLAS FILTROS BASE CODIGO DE BARRAS RUEDAS OBSERVACIONES
22251 6.4 94.6 S S S ES S S S S S S S FIRMA MANTENIMIENTO