



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión 25-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Jovier Agudelo No. Orden

Codigo Equipo NN 4916M Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE LIMPIEZA GENERAL

PLAN DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba Generó Alarma No Si Si Cual? L.O

2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS REGULADOR DE PRECION MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, etc.

Descripción del diagnóstico identificado REGULADOR DE PRECION MALO

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entry: REGULADOR DE PRECION 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like Flujo = 0, Flujo Maximo, etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.