

Fecha Remisión: **2705-24** Remisión #:   Auxiliar Mantenimiento: **JAMIER BONDICIO** No. Orden:  

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

Codigo Equipo: **202107000045** Fecha Inicio:   Hora Inicio Labor:   Fecha Fin:  

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO:   FECHA FIN AISLAMIENTO:  

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
		D -	FILTRO LATERALES	2		SI
		D -	FILTRO CENTRAL	1		SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

**Limpieza General**

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(Si-No)	(Si-No)	(L0-E5)				(Si-No)	(Si-No)		
	361864947	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: <b>2:00</b>		Generó Alarma: <b>No</b>		Cual?: <b>SI</b>									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS: <b>Buenas</b>		Malas: <b>NO</b>		4. SISTEMA DE REFRIGERACION: <b>Bueno</b>		Malo: <b>NO</b>					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	<b>REQUIPO PARAMETRO OK</b>													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA: <b>Buena</b>		Con Sobrecalentamiento: <b>NO</b>							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:  

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(Si-No)	(Si-No)	(L0-E5)				(Si-No)	(Si-No)		
	3620	66929	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO