



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: Janier A. G. Delo No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NH-70B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status and repair status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE  
LIMPIEZA GENERAL

AREA DE MANTENIMIENTO  
En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
Handwritten data: 5777659535, 3:00, OK, MALO, OK, OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc., with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: SWUCH de ensendido, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc., with results 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.  
Handwritten data: 57806495651, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.