



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-05-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Javier Ayuyelo No. Orden [ ]

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: 2021060000169 Fecha Inicio [ ] Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: f, ACOPIEROSCA A TUBO HENIFICADOR, 7, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE  
LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and a note: EQUIPO CON PARAMETROS OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc., with results marked 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc., with results marked 'SI'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and a signature line.