# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | 28-05-24 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Jomee Ayala | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | NN-4673 B | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

## DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Limpieza General

## LINEA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12867 | 6-4 | 95-3 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| 1. CICLADO | OK | Tiempo de la prueba | 3:00 | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | OK | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | OK | Con Sobrecalentamiento | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5,5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS DE ALARMAS

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | SI |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12871 | 6-4 | 94.9 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| FIRMA MANTENIMIENTO | |
|---|---|