



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 28-05-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER AGUIRRE No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo NN-1665B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA
En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0
REJILLAS, FILTROS, BASE
CÓDIGO DE BARRAS: BASE, MANJA
RUEDAS
OBSERVACIONES: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (se cambia pieza del flujo metro roto ajuste equipo con parametro OK), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes entry: REGULADOR DE PRECISION 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, etc.

OBSERVACIONES
En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0
REJILLAS, FILTROS, BASE
CÓDIGO DE BARRAS: BASE, MANJA
RUEDAS
FIRMA MANTENIMIENTO