



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-05-20 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER A YUJ EIO No. Orden []

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-29763 Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTES, REPUERTO CAMBIADO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes for each row.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE
Limpieza General

En Mantenimiento: En Mantenimiento
HORÓMETRO: 9024496.6 PRESIÓN: OK OXIGENO: SI FLUJOMETRO: SI
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO): SI Pila (SI-NO): SI "Flujo a 0" (LO-ES): ES REJILLAS (SI-NO): SI FILTROS (SI-NO): SI BASE (SI-NO): SI CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO): SI MANEJA (SI-NO): SI RUEDAS (SI-NO): SI
1. CICLADO: OK Tiempo de la prueba: 4:00 Generó Alarma: No Si: X Cual?: ES
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [] No [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [] Malo []
5. DAÑOS IDENTIFICADOS []
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES [] 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [] Con Sobrecalentamiento []

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estando Pila 5.5 V (Resultado: SI), 2. Prueba de Fugas (Resultado: SI), 3. Conexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Conexión electrónica (Resultado: SI), 5. Prueba de alarma (Resultado: SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Flujo = 0 (Resultado: SI), 2. Flujo Maximo (Resultado: SI), 3. Desconexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (Resultado: SI), 5. Activación de válvula de alivio (Resultado: SI).

En Mantenimiento: En Mantenimiento
HORÓMETRO: 9026356.592.6 PRESIÓN: SI OXIGENO: SI FLUJOMETRO: SI
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO): SI Pila (SI-NO): SI "Flujo a 0" (LO-ES): ES REJILLAS (SI-NO): SI FILTROS (SI-NO): SI BASE (SI-NO): SI CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO): SI MANEJA (SI-NO): SI RUEDAS (SI-NO): SI
FIRMA MANTENIMIENTO []