



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Version: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONKER AGUIRRE** No. Orden:

Codigo Equipo: **NW 35493** Fecha Inicio: **10-7-24** Hora Inicio Labor: **8:30** Fecha Fin: **10-7-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PLAGA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, NO. Multiple rows for reporting issues.

**Limpieza General**

Main maintenance checklist including: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and OK/NO status.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists specific tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc., with results marked as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: TAMIZES, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cerrar flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc., with results marked as 'SI'.

Bottom section of the maintenance order form, including a signature line (FIRMA MANTENIMIENTO) and a final checklist table similar to the one above.