



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 103
Creado: 04/11/2015
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden:

Codigo Equipo: **MM-2944B** Fecha Inicio: **10-9-24** Hora Inicio Labor: **9:00** Fecha Fin: **10-9-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, SI, NO. Row 1: F, ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7, S, No.

Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, Ruedas. Includes handwritten data: 277936.5, 94.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DES. NUMERO, CANT. Row: REGULADOR DE PRECION, 7, PILA, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (SI), Flujo Maximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, Ruedas. Includes handwritten data: 277956.6, 94.2, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

FIRMA MANTENIMIENTO