ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO

LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO

Nombre Cliente: NW 2006 B | Fecha Inicio: 10-10-24 | Hora Inicio Labor: 2:30 | Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ESTADO OPERADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO
	F		ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR	1	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Estado Inicial del Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
Hrs)	(6- 7 PSI)	(88% - 98%)	(SI-No)									
25347	6.5	95%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No | Si | Cual

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. VENTILADOR DE TEMPERATURA: Buena: OK | Tiempo de funcionamiento: OK

Equipo	Descripción	Resultado
Fuente Poder S.V.	Verifica el funcionamiento	SI
Fuente de Poder	Se verifica conexión normal del equipo	SI
Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
Conexión electrónica	Se verifica conexión entre tarjeta y display	SI
Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
Otro		
Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	KIT TANQUE OXIGENO	1			

Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
Flujo 0 (Cero) Flujometro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LL-L0-E5)	SI
Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LL-L0-E5) Amarillo y (LL-L0-E5)	SI
Flujo Medio	Activación alarma (LL-L0-E5)	SI
Desconexión de la línea de flujo	Desconexión de la línea de flujo	SI
Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida hasta ver Comprobar	SI
Otro		
Otro		

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
Hrs)	(6- 7 PSI)	(88% - 98%)	(SI-No)									
25347	64	95%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO