OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formato | Código: | Versión: 2 | Fecha Actualización: 10.2019

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Junior Ayudelo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN 1721 B	Fecha Inicio	10-10-24	Hora Inicio Labor	1:30	Fecha Fin	10-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TONELADA	HOR. ESTÁNDAR
			DT FILTRO CENTRAL	1		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL FALLAS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento	FORÓMETRO (Kis)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (60% - 65%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (LL-LO-ES)	REMILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)
	7762	6.4	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

4.1 ESTADO	OK	Tiempo de la prueba	1:00	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno OK

FUGA EN MANGUERA A TUBO REFRIGERACIÓN AJUSTE

OBSERVACIONES IDENTIFICADOS

5. FUGAS		7. CONTROL DE TEMPERATURA	SI-NO	Especificar operativo

OBSERVACIONES

No.	Prueba	Descripción	Estado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido, ajuste o fuerte	SI
	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
SWITCH de encendido	1			
Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LL-LO-ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual (LED amarillo) y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica alarma sonora	SI
4	Desconexión física de flujo	Desconecta línea de oxígeno	SI
5	Activación de válvula de alivio	Quita el conector de la manguera de compresor	SI
	Otro:		

	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (LL-LO-ES)	REMILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	Observaciones
7763	6.4	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Firma Mantenimiento