



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONICA ARIJICO** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NW-494 B** Fecha Inicio: **10-17-24** Hora Inicio Labor: **3:40** Fecha Fin: **10-17-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes for each row.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
1. CICLADO: OK, Tiempo de la prueba: 1:00, Generó Alarma: No, X, Si, Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, X, 3. ESTADO DE MANGUFRAS: Buenas, X, Malas, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena, OK, Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **REGULADOR DE PRESION MALO**
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, OK, Con Sobrecalentamiento: OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: **REGULADOR DE PRESION 1**, **TARJETA FLUJO 1**

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (SI), Flujo Maximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
1983665, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, FIRMA MANTENIMIENTO