



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: JONIER AROVCEO, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-1283 B, Fecha Inicio: 10-28-24, Hora Inicio Labor: 1:00, Fecha Fin: 10-28-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA: SI, NO, X. FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPARADO, REPARADO CAMBIADO. Row: DT FILTRO LACTERAL, 7.

DETALLES ADICIONALES/DADOS POR PACIENTE: Limpieza General

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: TARJETA DISPIAX, 7, FILTRO de AIRE INTERNO, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Final maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS.