



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión Remisión # Auxiliar Mantenimiento **Javier Ajudelo** No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo **M255288542** Fecha Inicio **10-29-24** Hora Inicio Labor **7:30** Fecha Fin **10-29-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESULTADO CANTIDAD. Includes a vertical label 'INFORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE  
**Limpieza General**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
Includes handwritten data: 04838280, 80, 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.  
1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO OK, 3. ESTADO DE MANGUERAS Buena, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: EQUIPO PRESETA ALARMA SONORA y VAJO de PUREZA, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Maximo', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.  
Includes handwritten data: 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5.