



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Jovien ASUDELO** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **UN-3130B** Fecha Inicio: **10-30-24** Hora Inicio Labor: **8:00** Fecha Fin: **10-30-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PALCA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes for each row.

ADICIONALES DATOS POR PAGINTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 17217, 6494.8, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with 5 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with 5 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aforo' with results 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 172216.6, 953, SI, SI, SI, FS, SI, SI, SI, SI, SI, SI.